

附件 2:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位

舒城县人民医院

拟采购产品名称

全自动免疫组化染色机

拟采购产品金额

50 万元

采购项目所属项目名称

舒城县人民医院全自动免疫组化染色机采购项目

采购项目所属项目金额

50 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取:

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:

☒ 3. 其他。

原因阐述:

为充分保障我院三级综合医院创建工作,根据《安徽省三级综合医院基本标准》及《安徽省三级综合医院登记现场审核细则(试行)》等文件要求,医院拟开展临床肿瘤病理快速诊断和定性,以满足临床对肿瘤患者术中快速病理诊断及个体化精准用药的要求。目前,国产免疫组化设备无法实现冰冻组织免疫组化染色、PD-L1 伴随诊断检测及荧光原位杂交染色等技术。

综上,国产设备无法满足临床对肿瘤患者术中快速诊断及个体化精准用药的要求,故申请购置进口设备。

三、专家论证意见

根据采购业务需求,为满足该院病理诊断使用要求,对全自动免疫组化染色机配置要求,国内外产品现状及舒城县人民医院配置全自动免疫组化染色机的合理性及必要性进行了综合考虑,形成如下意见:

1. 该院作为三级综合医院,确需配置用于临床病理肿瘤快速诊断和定时的全自动免疫组化染色机,采购需求合理。
2. 该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制进口产品。
3. 采购为满足该院临床病理诊断需求,提高科研能力和业务水平本次采购的设备要求如冰冻组块免疫组化染色, PD-L1 伴随诊断检测(卡药诊断), 荧光原位杂交染色 (FISH 和分子检测) 等功能配置, 国产设备和进口设备存在较大差距, 国产设备目前尚不具备上述功能配置, 为满足该院临床需求, 确需采购进口产品。

专家签字

张曙光 李玲 何玉全 王玲素

王玲素

2022 年 8 月 10 日

舒城县人民医院全自动生化分析仪（药物浓度分析专用）及全自动免疫组化染色机采购项目

进口设备论证专家人员名单

姓名	专业	职称	工作单位	联系电话	身份证号码
赵晓春	医学装备	正高工	安医大一附院	18556501957	340103195704084018
何玉全	医学影像	高级	中核大附院	18056092952	340102196611082011
梁林	医疗设备	主治医师	合肥市第二人民医院	13956951127	340102197607081518
王珍荣	放射线	主任医师	安徽省第二人民医院	13956032800	340104195501122010
吴建伟	法律	副	合肥市司法局	13855166319	3411271977306221014

日期：2022年8月10日